

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO: Pregão eletrônico Nº 90033/2025  
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR**



De <licitacao@mercedes.pr.gov.br>  
Para <andrea@mbrmultimarcas.com.br>  
Data 31-03-2025 13:26

O entendimento está correto. Os eletrodos da marca Cmos Drake são específicos para o desfibrilador Life 400 Futura, pois possuem Certificação de Conformidade do Inmetro, estão vinculados ao número de registro do equipamento na ANVISA e foram desenvolvidos exclusivamente para esse modelo. Além disso, conforme indicado no catálogo e manual do fabricante, o uso de eletrodos não homologados pode comprometer o desempenho do equipamento e resultar na perda da garantia. Dessa forma, apenas os produtos originais da Cmos Drake devem ser aceitos.

Em 31-03-2025 10:54, [andrea@mbrmultimarcas.com.br](mailto:andrea@mbrmultimarcas.com.br) escreveu:

Prezados, bom dia!

Para os itens 103 e 104 (Pá Para Desfibrilador Cmos Drake). Segundo o fabricante não existe no mercado produto compatível e/ou genérico com o equipamento Life 400 Futura, sendo assim serão aceitos somente produtos originais Cmos Drake.

Está correto o meu entendimento?

Questiono porque os eletrodos (pás de choque adesivas e descartáveis) de uso adulto e infantil, da marca Cmos Drake são submetidos à Certificação de Conformidade do Inmetro, foram desenvolvidas exclusivamente para utilização no equipamento DEA LIFE 400 FUTURA de sua marca e estão vinculados ao número de registro do equipamento perante ANVISA. Isso fica claro também no catálogo e manual onde a utilização de eletrodos não homologados pela Cmos Drake pode afetar o desempenho do produto além da perda de garantia do equipamento.