



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	fios/cm ²					
112	Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ²	444371	unid	700		
113	Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação.	443022	pct	12		
114	Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m	272020	unid	30		
115	Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, confeccionada com 13 fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm	269971	pct	450		




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.					
116	Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Pré cortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.	437863	unid	90		
117	Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno,	400374	unid	200		




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.					
118	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.	332343	unid	30		
119	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm	437881	unid	35		
120	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato	437865	unid	60		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025

Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	de não-tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m					
121	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M	437867	unid	70		
122	Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades	479674	cx	12		
123	Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis	386123	unid	70		
124	Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE	385704	unid	5000		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 281



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025

Processo Licitatório nº 55/2025


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso.					
125	Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.	386478	unid	400		
126	Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido	438113	unid	3000		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 282



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.					
127	Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	279402	unid	3800		
128	Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	438114	unid	3000		
129	Seringa Descartável de 20 ml	439627	unid	2500		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.					
130	Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	439632	unid	30		
131	Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades.	336668	cx	1		
132	Fio mononylon 2-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 2,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com	281893	cx	4		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes


Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	24 unidades.					
133	Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	456128	cx	10		
134	Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	330413	cx	6		
135	Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI 1/4 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	281320	cx	3		
136	Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade.	279569	unid	6		
137	Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269946	unid	500		
138	Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na	269839	unid	350		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm					
139	Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269838	unid	350		
140	Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	276340	unid	30		
141	Luva cirúrgica estéril; 8,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269947	unid	30		
142	Luvas de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó	269891	cx	70		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade					
143	Luvas de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269894	cx	200		
144	Luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	342506	cx	250		
145	Luvas de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269892	cx	55		
146	Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.	313654	cx	20		
147	Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul	313653	cx	20		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Cobalto / Rosa / Azul.					
148	Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	436319	unid	200		
149	Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade.	270585	unid	100		
150	Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	435904	unid	5		
151	Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438396	unid	8		
152	Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com	438398	unid	10		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	tampa.					
153	Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	438399	unid	10		
154	Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	438400	unid	6		
155	Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	449606	unid	6		
156	Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438982	unid	7		
157	Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438983	unid	4		
158	Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438985	unid	4		
159	Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435911	unid	5		
160	Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa	435912	unid	4		
161	Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435913	unid	3		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
162	Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	452538	unid	30		
163	Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436228	unid	15		
164	Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436229	unid	8		
165	Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Marca: Embramed	278681	unid	3000		
166	Sonda Uretral nº 12, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	275722	unid	200		
167	Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435982	unid	30		
168	Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435985	unid	15		
169	Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha	436008	unid	4		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
170	Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436001	unid	4		
171	Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha	436007	unid	120		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
172	Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436003	unid	50		
173	Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha	436010	unid	35		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
174	Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	438575	unid	20		
175	Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha	436006	unid	4		




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
176	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435897	unid	4		
177	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com	435899	unid	5		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.					
178	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435901	unid	4		
179	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com	435902	unid	12		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.					
180	Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	unid	5000		
181	Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	unid	2500		
182	Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	unid	1800		
183	Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado;	268236	unid	400		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.					
184	Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	unid	100		
185	Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	unid	60		
186	Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	unid	25		
187	Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente.	299675	unid	40		
188	Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas.	352192	unid	80		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
189	Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor de corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros.	445470	gl	8		
190	Água oxigenada 10 vol. 100 ml	277319	unid	5		
191	Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06.	269941	unid	300		
192	Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml.	269941	unid	50		
193	Álcool Gel 70% Antisséptico; com válvula pump 420gr Composição: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl propanol, Alcohol, Menthol e Aqua. Organolépticas: Gel translúcido, e odor característico de álcool, Elimina 99,9% dos vírus e bactérias.	269943	unid	10		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
194	Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório.	444051	unid	15		
195	Benzina Retificada líquida; 100%; uso tópico; 1 litro.	380630	unid	2		
196	Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top)	438827	gl	6		
197	Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades;	337958	unid	4		
198	Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade.	438929	unid	10		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
199	Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros.	388261	gl	5		
200	Vaselina líquida; 100ml	356040	unid	3		
201	Limpador Desinfetante, Pronto-uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição: Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo.	437412	unid	50		
202	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso,	615869	pct	20		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	pacote com 100 unidades.					
203	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	412494	pct	15		
204	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	320700	pct	20		
205	Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente	471162	frasco	30		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025

Processo Licitatório nº 55/2025


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme.Frasco de 100 ml.					
206	Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada.Frasco com 350 ml.	471162	frasco	25		
207	Hidrogel Amorfo Solosite Gel Smith+Nephew é um agente de 'tumefação' de água, que permite que o gel permaneça em sua forma mesmo saturado e absorva exsudatos. Frasco de 85 grm	406770	frasco	30		
208	Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM)Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus;Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos.Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso.	353742	cx	4		
209	Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da	435854	cx	15		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 302

**Município de Mercedes****Estado do Paraná**

*Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025*

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso.					
210	Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete	30113	cx	10		
211	Balança de Bioimpedância - Medição dupla - 8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétrica por todo o corpo - 4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membros inferiores e 4 na barra de mãos, que medem dos membros superiores - Balança de Bioimpedância com Visor colorido com todos os dados de medição - Bluetooth e APP compatíveis com sistemas Android e iOS - Registro de altura - Percentual de água - Taxa muscular esquelética - Frequência cardíaca - Relatório de bioimpedância	305065	unid	1		



Município de Mercedes


Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	completo, podendo ser compartilhado - Carregamento via USB Tipo-C - Fio retrátil de aproximadamente 1,4m - Vidro temperado de alta resistência - Memória sem limite de cadastros - Limite de peso de 6 a 180kg, com graduação de 100g					
212	Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento	432913	unid	2		
213	Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli	447186	unid	8		
214	Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli	314640	unid	8		
215	Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal	462994	unid	5		
216	Cola Cirúrgica para Regeneração Tecidual e Cirurgia Plástica - caixa com 10 unidades de 1 ml	437889	cx	5		
217	Peg - Kit de Gastrostomia	463620	kit	2		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024.					
218	Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência- 0524ZFB	463620	unid	6		
219	Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao	463619	unid	3		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência- 0524ZFB					
220	Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício	451229	placa	100		
221	Stiper Pads Sistemico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício	451229	placa	100		
222	Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.	370625	placa	500		
223	Ponto semente para auriculoterapia com	370625	placa	500		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
	esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.					
224	Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata.	370628	placa	500		
225	Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid.	378432	cx	100		
226	Agulhas individuais para auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid	388739	cx	100		
227	Lona de Transferência - Utilizada no manuseio de pacientes com dificuldades de locomoção. Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, a lona possui tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, é capaz de suportar de 180 à 200 Kg.É feita de nylon azul e pode ser lavada e dobrada.Informações Adicionais: Cor: Marinho, Produzida em nylon, Tiras de reforço de 50 mm e 08 alças	485942	unid	20		

**Município de Mercedes****Estado do Paraná**

*Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025*

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	laterais. Altura 1 cm / Largura 180 cm/ Profundidade 70 cm - peso:0,720 kg					
228	Corda Nr18 Tipo Bombeiro 12mm 50 Metros	336021	unid	5		
229	Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno.	437892	unid	8		
230	Curativo Hidrocoloide Extra Fino 10x10cm, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocoloide, poli-isobutileno, conservantes e uma camaa externa de filme de poliuretano	484808	unid	30		
231	Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas;Impede a proliferação de bactérias e fungos;	341173	unid	30		
232	Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade;	467745	unid	20		
233	Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável.	468001	unid	10		
234	Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente.	337532	unid	5		
235	pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável	474438	unid	5		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes


Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	RS Unit	RS Total
236	Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA.	473659	unid	10		
237	Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA.	362097	unid	10		
238	Lanterna Para Cabeça Recarregável 150 Lumens Cor da lanterna: Preto e verde, Cor da luz: Branco Frio, Tipo de fonte de alimentação: bateria, Tipo de luz: led, Número de modos de mudança de luz: 3, Potência: 150lm, É recarregável; É à prova d'água.	607427	unid	6		
239	Atadura Gessada, tamanho 10	444609	unid	20		

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril					
240	Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos.	436498	unid	30		
241	Concentrador estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio a 5l/min, baixo consumo de energia, alarme e suporte universal de umidificador. Com sistema de rodízios. Voltagem: 127V 60Hz.	415947	unid	3		
242	Fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas	616733	unid	40		



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.
3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

- 4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.
4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Por força do Decreto Municipal n.º 175/2023, o Município de Mercedes optou por não adotar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de sorte que todas as publicações que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverão ser realizadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, admitida a divulgação na forma de extrato, conforme preconiza o art. 176, parágrafo único, I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e o art. 2º do referido Decreto Municipal n.º 175/2023.

5.1.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado (art. 73 do Decreto Municipal n.º 034, de 2023).

5.1.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.4. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

- 5.2.2. Havendo a substituição do instrumento de contrato nos termos do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021, aplica-se ao outro instrumento hábil, independentemente de transcrição, as regras previstas na minuta do instrumento contratual.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 87 do Decreto Municipal nº 034, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. for liberado;

9.1.2. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;


9.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. sofrer sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021; ou

9.1.5. não aceitar o preço revisado pela Administração.

9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. pelo decurso do prazo de vigência;

9.4.2. pelo cancelamento de todos os preços registrados;

9.4.3. por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

9.4.4. por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas na minuta do termo de contrato, ainda que haja a substituição do termo de contrato nos termos da Lei.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. A aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, garantidas a ampla defesa e o contraditório, caberá ao Secretário da pasta interessada no objeto e, havendo mais de um interessado, ao Secretário titular do órgão gerenciador, a quem caberá também providenciar o registro das ocorrências no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas.) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Mercedes/PR, em xx de xxxxxxxx de 2025.




Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Município de Mercedes
MUNICÍPIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FORNECEDORA



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2025
Processo Licitatório nº 55/2025

Anexo Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na xxx xxx xxxxx, nº xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxxx, Estado do xxxxxx;

Representante: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, representante legal.

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na xxx xxx xxxxx, nº xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxxx, Estado do xxxxxx;

Representante: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, representante legal.

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Hipodérmica	
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 18 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual	
Tratamento Diferenciado: Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	
Quantidade Total: 45	Quantidade Mínima Cotada: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,13	
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10	
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (45)	
2 - Agulha Hipodérmica	
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual	
Tratamento Diferenciado: Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	
Quantidade Total: 11	Quantidade Mínima Cotada: 11
Critério de Julgamento: Menor Preço	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,74	
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10	
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (11)	
3 - Agulha Hipodérmica	
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 24 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	
Tratamento Diferenciado: Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	
Quantidade Total: 22	Quantidade Mínima Cotada: 22
Critério de Julgamento: Menor Preço	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,54	
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10	
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (22)	
4 - Agulha Hipodérmica	
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 23 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual	
Tratamento Diferenciado: Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	
Quantidade Total: 17	Quantidade Mínima Cotada: 17
Critério de Julgamento: Menor Preço	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,29	
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10	
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (17)	

5 - Agulha Hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 8,79

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (26)

6 - Agulha Hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1 1/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 8,79

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (17)

7 - Agulha Hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (45)

8 - Agulha Hipodérmica

Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1 1/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 10,71

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

9 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afilada, Triângulada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Com Sistema Retrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 17,87

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (18)

10 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 0,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

11 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 16GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

12 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 18GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 0,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (150)

13 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1200)

14 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 3700

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3700)

15 - Cateter perférico

Descrição Detalhada: Cateter Perférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 3500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3500)

16 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Polietileno Radiopaco, Vias: Mono Lúmen, Lúmen: 16GAU, Comprimento: Cerca 30CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 112,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

21 - Cateter periférico
 Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 25GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 200
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,57
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 200
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (200)

22 - Espéculo uso médico
 Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Pequeno, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 450
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,33
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 450
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (450)

23 - Espéculo uso médico
 Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 600
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,29
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 600
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (600)

24 - Espéculo uso médico
 Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 80
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2,44
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 80
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (80)

17 - Cateter central
 Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Polietileno Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Triplo Lúmen, Lúmen: 16 A 18GAU, Comprimento: Cerca 200cm, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introduzidor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 175,49
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

18 - Cateter periférico
 Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 50
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,38
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 50
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

19 - Cateter periférico
 Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 21GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 450
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,39
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 450
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (450)

20 - Cateter periférico
 Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,44
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 500
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (500)

30 - Escova degermação
 Descrição Detalhada: Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Seca, Sem Agente Químico, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2,68
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

31 - Cateter nasal para oxigênio
 Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,23
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

32 - Cateter nasal para oxigênio
 Descrição Detalhada: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 70
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,18
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

33 - Filtro Terapia Respiratória
 Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: HmeF, Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico E Higroscópico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 13,42
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

25 - Lençol descartável uso hospitalar
 Descrição Detalhada: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: Nylon E Poliéster, Dimensões: Cerca De 100 X 150, Característica Adicional: Deslizante, Apresentação 1: C/ Alças E Fitas De Fixação
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 120
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 10,37
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (120)

26 - Lençol descartável uso hospitalar
 Descrição Detalhada: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: Nylon E Poliéster, Dimensões: Cerca De 100 X 150, Característica Adicional: Deslizante, Apresentação 1: C/ Alças E Fitas De Fixação
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 12,78
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

27 - Abaixador Língua
 Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Plástico, Tipo: Descartável, Comprimento: Cerca De 14CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual, Largura: Cerca De 1,50CM, Espessura: Cerca De 2MM
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 40
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 44,14
 Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (40)

28 - Abaixador Língua
 Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Madeira, Tipo: Descartável, Comprimento: 14CM, Formato: Tipo Espátula, Largura: 1,50CM, Espessura: 2MM
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 70
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 6,21
 Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

29 - Material Hospitalar
 Descrição Detalhada: Material Hospitalar Tipo: Ciamp Prendedor Umbilical, Componentes: Plástico, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,63
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

34 - Concentrador de oxigênio
 Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Concentração: Concentração Mínima De 88%, Componentes: Alarmes, Umidificador, 5 Circuitos Completos, Acessórios: Quatro Rodízios, Botão Liga/Desliga, Frequência: 60HZ, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Nível De Ruído Apto 50db, Botão Ajuste De Fluxo, Capacidade: 1 A 5L/MIN
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 15,41
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

35 - Tubo supraglótico
 Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laringea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nº 1, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 39,02
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

36 - Tubo supraglótico
 Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laringea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nº 2, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 39,16
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

37 - Tubo supraglótico
 Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laringea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nº 3, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 26,91
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

38 - Tubo supraglótico
 Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laringea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nº 4, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 95,24
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

39 - Tubo supraglótico
 Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laringea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nº 5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 94,25
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

40 - Fluxômetro
 Descrição Detalhada: Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável, Capacidade Fluxo: 0.1 A 3.5L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal, Pressão: Pressão Calibração Alta 3.5KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt, Tipo Escala: Escala Numérica, Componentes: Flutuador Estéril, Em Alumínio Anodizado E Termop, Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 101,72
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

41 - Máscara gasoterapia
 Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Reinalação Parcial, Material: Plástico, Tamanho: Adulto, Tipo Fixação: C/ C/ipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: Balão Reservatório, Tipo Conector: Conector Padrão
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 14,50
 Valor Unitário (R\$): Unidade
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

47 - Oxímetro
 Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação: 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2.648,43
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

48 - Termômetro clínico
 Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 45°C, Tipo*: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 16,39
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

49 - Relógio Termo-Higrômetro
 Descrição Detalhada: Relógio Termo-Higrômetro Tipo Display Led, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 100MM, Comprimento: 90MM, Espessura: 20MM, Faixa Temperatura Interna: -10 A 90°C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70°C, Faixa Medição Umidade Relativa: 10 A 90%PER, Características Adicionais: Função MínimaMáxima Com 3 Leituras Simultâneas
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 9
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 77,60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 9
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (9)

50 - Cinto Uso Médico
 Descrição Detalhada: Cinto Uso Médico Material: Poliamida, Radiotransparente, Tipo: C/ Cor, Aplicação: Para Prancha De Resgate, Tipo Fecho: Ajustável C/ Presilha
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 29,63
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

42 - Máscara gasoterapia
 Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Reinalação Parcial, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cervical, Componente Adicional: Balão Reservatório, Tipo Conector: Conector Padrão
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 7
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 13,95
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 7
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (7)

43 - Máscara gasoterapia
 Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Traqueostomia, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável, Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 7,68
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

44 - Máscara gasoterapia
 Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Traqueostomia, Material: Plástico, Tamanho: Adulto, Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável, Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade De creto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 12,43
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

45 - Conjunto regulador cilindro
 Descrição Detalhada: Conjunto Regulador Cilindro Componentes: Válvula, Manômetro, Mangueiras, Regulador, Aplicação: Cilindro De Oxigênio
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade De creto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 309,39
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

46 - Oxímetro
 Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação: 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24H, Alimentação: Pilha
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 142,84
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

51 - Órtese para coluna vertebral

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apolo Mentoniano, Occipital E Externa, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Neonatal, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 21,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

52 - Órtese para coluna vertebral

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Alcolchado, Estrutura: Apolo Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 20,21
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

53 - Órtese para coluna vertebral

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apolo Mentoniano, Occipital E Externa, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Metal, Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 21,04
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

54 - Órtese para coluna vertebral

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apolo Mentoniano, Occipital E Externa, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: G- Grande, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 21,50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

55 - Imobilizador (órtese)

Descrição Detalhada: Imobilizador (Órtese) Tipo: Mola De Codivilla, Material: Polipropileno, Tamanho: Sob Medida, Posição: Lado Direito, Tipo Fecho: Tiras C/ Velcro Ajustáveis

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 137,92
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

56 - Lâmina Bisturi

Descrição Detalhada: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 29,70
 Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 3
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

57 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 29,37
 Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

58 - Papel Para Impressão - Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termossensível, Aplicação: P/ Cardiocógrafa, Dimensões: Cerca 150 X 90MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 12
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 35,40
 Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 FL
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 12
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (12)

59 - Imobilizador (órtese)

Descrição Detalhada: Imobilizador (Órtese) Tipo: P/ Membro Superior, Material: Papelão, Adicionais: C/ Marcações Para Dobras, Tamanho: Tamanho Adulto, Posição: Bilateral

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 24,12
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

60 - Imobilizador (órtese)

Descrição Detalhada: Imobilizador (órtese) Tipo: P/ Membro Inferior, Material: Papelão, Adicionais: C/ Marcações Para Dobras, Tamanho: Tamanho Adulto, Posição: Bilateral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 26,25
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

61 - Cateier nasal para oxigênio

Descrição Detalhada: Cateier Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 87,43
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

62 - Cateier nasal para oxigênio

Descrição Detalhada: Cateier Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 99,16
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

63 - Cateier nasal para oxigênio

Descrição Detalhada: Cateier Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 90,69
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

64 - Tubo Hospitalar

Descrição Detalhada: Tubo Hospitalar Material: Silicone Transparente, Referência: Nº 204, Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 150,15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

65 - Tubo Hospitalar

Descrição Detalhada: Tubo Hospitalar Material: Silicone Transparente, Referência: Nº 205, Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 133,74
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

66 - Garrote

Descrição Detalhada: Garrote Material: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tamanho: Tamanho Único, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 155,81
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

67 - Bandagem

Descrição Detalhada: Bandagem Tipo: Triangular P/ Imobilização Provisória, Material: Malha De Algodão, Dimensão: Cerca De 1,4 M X 1,4 M X 2,0 M, Cor: C/ Cor, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 15,57
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

68 - Fixador p/ dispositivo médico

Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Cadarço Algodão, Dimensões: Cerca De 10MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 10,63
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

69 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente II: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 6,45
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

70 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente I: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 13,74
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

71 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente I: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 9,94
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

72 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Silicone, Modelo: Curva Magill, Calibre: 2,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,78
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

73 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 5,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 4,58
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

74 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Magill, Calibre: 6,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Adicional: C/ Guia, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6,02
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

75 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 6,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 4,89
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

76 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

77 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 7,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,01
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

78 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 8,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Ofício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,01
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

79 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 8,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Ofício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 4,92
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

80 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 9,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Ofício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,41
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

81 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 9,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Ofício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5,17
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

82 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateeter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fx 40 Cm, Componente 1: Estilite E Flo Guia, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opobonais: Com Sistema Introduzidor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 30,49
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

83 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco, Tipo Válvula; C/ Válvula Unidirecional/ Heimlich, Modelo Recipiente: Tubo Sifão, Material: Polímero Transparente, Vedação: Peça Única, Extensor: Sem Extensor, C/ Conectores P/ Drenagem E Dreno, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 32,01
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

84 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampoia Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Searoethemophilus, Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 47,27
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

85 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo Uso: Interno, Tipo: Integrador, Apresentação: Tira De Papel, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 106,29
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

86 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe II, Tipo Uso: Interno, Tipo: Bowie Dick, Apresentação: Pacote Para Teste, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 399,67
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

87 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 40G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 30 X 30CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 24,58
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

88 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto Anestesia Baraka Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Componente 2: C/ Válvula Unidirecional, Conectores, Componente 3: Balão Látex Natural, Volume: Cerca De 3L, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 15
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 27,55
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 15
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

89 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 50 X 50CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 17
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 38,07
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 17
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (17)

90 - Embalagem p

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 14
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 62,75
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 14
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (14)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP UASG 985531

27/03/2025 11:07

(21/56)

91 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 15
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 75,30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 15
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

92 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 28
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 56,48
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 28
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (28)

93 - Embalagem p

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 25
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 122,48
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 25
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (25)

94 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 25 X 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 93,30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 3
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

95 - Embalagem p. esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Envelope, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 25 X 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 173,66
 Valor Unitário (R\$): 173,66
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

96 - Alicete Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicete Uso Médico Modelo: De Pressão, Tipo: S/ Corte, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 127,97
 Valor Unitário (R\$): 127,97
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

97 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 11,95
 Valor Unitário (R\$): 11,95
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

98 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly, Formato Ponta: Ponta Retá, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 37,35
 Valor Unitário (R\$): 37,35
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

99 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 39,43
 Valor Unitário (R\$): 39,43
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

100 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Heagr, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: C/ Videa, Haste: Haste Retá, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 83,71
 Valor Unitário (R\$): 83,71
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

101 - Tesoura instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Modelo 2: Keye Freeman, Tipo Ponta: Ponta Retá, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 36,98
 Valor Unitário (R\$): 36,98
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

102 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600MG/DL, Tempo Resposta: Até 10S, Memória: 250 A 500 Testes, Componentes: Com Lancetas, Tiras, Acessórios: Lancetador, Solução Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 84,90
 Valor Unitário (R\$): 84,90
 Unidade: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

103 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado: 752,03
 Valor Unitário (R\$): 752,03
 Unidade: Par
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

104 - Pá para desfrutador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfrutador Aplicação: Interna, Tamanho: Neonatal, Apresentação: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Quantidade Mínima Cotada: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 761,47
 Unidade de Fornecimento: Par
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

105 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Alúster, Analógico, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Bracadeira: Bracadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 134,42
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

106 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Eq. Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 50
 Quantidade Mínima Cotada: 50
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 30,79
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

107 - Conjunto para análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Composição Básica: P/ Detecção De Fragmentos De Dna, Metodologia Aplicada: Fluorescência, Apresentação: Teste, Componentes: Controles, Tampões, Anticorpo, Outros Componentes: Deoxinucleotídi Transferase (Tdt) E Brlup

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Quantidade Mínima Cotada: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 123,18
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

108 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Apresentação: Tira

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 70
 Quantidade Mínima Cotada: 70
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 53,69
 Unidade de Fornecimento: Teste
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

109 - Algodão

Descrição Detalhada: Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Mantas, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Características Adicionais: Emolado Em Papel Adequado, Esterilidade: Não Estéril, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Quantidade Mínima Cotada: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 17,26
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

110 - Atadura

Descrição Detalhada: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 6CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 800
 Quantidade Mínima Cotada: 800
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,50
 Unidade de Fornecimento: Rolo
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (800)

111 - Atadura

Descrição Detalhada: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3000
 Quantidade Mínima Cotada: 3000
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,76
 Unidade de Fornecimento: Rolo
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3000)

112 - Atadura

Descrição Detalhada: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 20CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 700
 Quantidade Mínima Cotada: 700
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 2,05
 Unidade de Fornecimento: Rolo
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (700)

113 - Material especial oftalmologia

Descrição Detalhada: Material Especial Oftalmologia Material: Gás Para Injeção Intra Ocular, Componente 1: S16, C216, C318, Componente 2: C/ Agulha Hipodérmica, Adicionais: C/ Sistema De Aplicação, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 12
 Quantidade Mínima Cotada: 12
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 156,59
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (12)

114 - Compressa Gaze

Descrição Detalhada: Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: Tipo Queijo, Modelo: Cor Branca Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2, Largura: 91CM, Comprimento: 91M, Dobras: 4 Dobras, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 51,65
 Unidade de Fornecimento: Rolo 91,00 M
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

115 - Compressa Gaze

Descrição Detalhada: Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 13 Fios/Cm2, Modelo: Cor Branca Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 7,50CM, Comprimento: 7,50CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 450
 Quantidade Mínima Cotada: 450
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 39,58
 Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (450)

116 - Fita Hospitalar

Descrição Detalhada: Fita Hospitalar Tipo: Espardrapo, Impermeável, Material: Dorso Em Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 100MM, Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 90
 Quantidade Mínima Cotada: 90
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 6,75
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (90)

117 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo À Base De Resina E Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 200
 Quantidade Mínima Cotada: 200
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 9,64
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (200)

118 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 5,05
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

119 - Fita Hospitalar

Descrição Detalhada: Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 10MM, Características Adicionais: Hiposalergênico, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 35
 Quantidade Mínima Cotada: 35
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 4,61
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (35)

120 - Fita hospitalar

Descrição Detalhada: Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 25MM, Características Adicionais: Hiposalergênico, Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 60
 Quantidade Mínima Cotada: 60
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 2,27
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (60)

121 - Fita Hospitalar

Descrição Detalhada: Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 50MM, Características Adicionais: Hiposalergênico, Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 70
 Quantidade Mínima Cotada: 70
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 11,67
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

122 - Protetor Ocular

Descrição Detalhada: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oculoso, Formato: Oval, Modelo: Monocular, Material: Hipoalergênico, Tamanho: Adulto, Componentes: Borda C/ Fixação Adesiva, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 12
 Quantidade Mínima Cotada: 12
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 23,57
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (12)

123 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Esterinizador, Método: Por Infravermelho, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Lige/Desliga, Temperatura: Até 850°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 70
 Quantidade Mínima Cotada: 70
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 7,84
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

124 - Equipamento Especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipamento Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Estudo Urodinâmico, Bomba Infusora, Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone E Balão Látex Natural, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Luer, Conector Distal: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5000
 Quantidade Mínima Cotada: 5000
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,80
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5000)

125 - Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Porta Entrada De Ar, Material: Elemento Filtrante Coalescente, Compatibilidade: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 400
 Quantidade Mínima Cotada: 400
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,73
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (400)

126 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 3ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Adicional: Graduada, Numerada, Modelo: P/ Coleta De Sangue, Componente: C/ Tampa De Vedação De Borracha, Princípio Ativo: C/ Cálcio E Heparina De Lítio, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3000
 Quantidade Mínima Cotada: 3000
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3000)

127 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Embolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Princípio Ativo: C/ Solução Salina, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3800
 Quantidade Mínima Cotada: 3800
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3800)

128 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 10ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Embolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Princípio Ativo: C/ Solução Salina, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3000
 Quantidade Mínima Cotada: 3000
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3000)

129 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 20ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Embolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2500
 Quantidade Mínima Cotada: 2500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,42
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2500)

Pag.

936

Ass.



130 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 60ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip, Tipo Vedação: Embolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2,34
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

131 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliéster Bicolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 90CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Circulo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 28MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 124,84
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)

132 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliéster Bicolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 90CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Circulo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 28MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 40,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

133 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliéster Violeta, Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Circulo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 28MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 40,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

134 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polietileno, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Circulo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 12MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 40,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

135 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polietileno, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Circulo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 10MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 45,05
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

136 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Latex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gazte, Componente II: Radtopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,71
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

137 - Luva Cirúrgica

Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Mistá - Latex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatómico, Pô: Sem Pô, Cor: C/Cor, Tamanho: N° 6,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,85
 Unidade de Fornecimento: Par
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (500)

142 - Luva P/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 7,0, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 33,38

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (70)

143 - Luva P/Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 7,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 26,81

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (200)

144 - Luva P/Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Texturizada, Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 27,88

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (250)

145 - Luva P/Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Texturizada, Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 26,31

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (55)

138 - Luva Cirúrgica
 Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Mistá - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 7,0, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,81

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (350)

139 - Luva Cirúrgica
 Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Mistá - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 7,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,85

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (350)

140 - Luva Cirúrgica
 Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Mistá - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,0, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,67

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

141 - Luva Cirúrgica
 Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Mistá - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatómico, Pó; Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1,76

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

146 - Luva P/Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pô: Sem Pô, Cor: C/ Cor, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 38,22
 Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

147 - Luva P/Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa
 Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pô: Sem Pô, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 45,39
 Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

148 - Frasco P/ Secreção e urina
 Descrição Detalhada: Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: A Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 200
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 7,45
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 200
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (200)

149 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária
 Descrição Detalhada: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Diâmetro: Cerca De 50MM, Componente: C/ Extensor Pvc, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2,11
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 100
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

150 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 8, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,85
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

151 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 10, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,86
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 8
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

152 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 14, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,91
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

153 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 16, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 0,98
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

154 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 18, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

155 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 22/FRENCH, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

156 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 8, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (7)

157 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 10, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

158 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 14, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

159 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 20, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

160 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 22, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

161 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 24, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

165 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 4FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,90
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

166 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 15
 Quantidade Mínima Cotada: 15
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,82
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

167 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 8FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Quantidade Mínima Cotada: 8
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,80
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

168 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicons, Calibre: 10FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3000
 Quantidade Mínima Cotada: 3000
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,65
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

169 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3000)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 10FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Baloço Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 4,47
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

166 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Poliuiretano, Calibre: 12FRENCH, Conector: Conector C/ Bolsa Coleitora Acoplada, Comprimento: Cerca 30CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Sistema Telescopio, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 200
 Quantidade Mínima Cotada: 200
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,66
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

167 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (200)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 0,96
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

168 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Latex C/ Agente Inibidor De Biofilme, Calibre: 16FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Baloço Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 15
 Quantidade Mínima Cotada: 15
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 1,18
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

169 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 10FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Baloço Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 4,47
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

169 - Sonda trato urinário

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 10FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Baloço Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 4,47
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

170 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 12FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 4,72
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

171 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 18FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 120
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 3,83
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 120
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (120)

172 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 18FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 50
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 4,35
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 50
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

173 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 20FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 35
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 4,01
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 35
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (35)

174 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 22FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 4,79
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

175 - Sonda trato urinário
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 24FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 7,90
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

176 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Polietileno, Calibre: Nº 6, Comprimento: Cerca 60CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 21,78
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

177 - Sonda trato digestivo
 Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Polietileno, Calibre: Nº 8, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 12,58
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

178 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Polilúreano, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 4
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 12,86
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 4
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)**179 - Sonda trato digestivo**

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Polilúreano, Calibre: Nº 12, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 12
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 14,47
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 12
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (12)**180 - Cloreto De Sódio**

Descrição Detalhada: Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5000
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 5,26
 Unidade de Fornecimento: Bolsa 100,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5000
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5000)**181 - Cloreto De Sódio**

Descrição Detalhada: Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 6,08
 Unidade de Fornecimento: Bolsa 250,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 2500
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2500)**182 - Cloreto De Sódio**

Descrição Detalhada: Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 1800
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 7,03
 Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 1800
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1800)**183 - Cloreto De Sódio**

Descrição Detalhada: Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 400
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 11,24
 Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 400
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (400)**184 - Glicose**

Descrição Detalhada: Glicose Concentração: 5%, Indicação: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 5,89
 Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 100
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)**185 - Glicose**

Descrição Detalhada: Glicose Concentração: 5%, Indicação: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 60
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 11,17
 Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 60
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0


Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (60)**186 - Glicose**

Descrição Detalhada: Glicose Concentração: 5%, Indicação: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 25
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 15,13
 Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 25
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (25)

Pag. 943

Ass. 

187 - Mantol

Descrição Detalhada: Mantol Dosagem: 20%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 40
 Quantidade Mínima Cotada: 40
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 11,10
 Unidade de Fornecimento: Bolsa 250,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (40)

188 - Ringer

Descrição Detalhada: Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 80
 Quantidade Mínima Cotada: 80
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 9,84
 Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (80)

189 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Quantidade Mínima Cotada: 8
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 233,84
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

190 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)

Descrição Detalhada: Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 2,94
 Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

191 - Alcool Etilico

Descrição Detalhada: Alcool Etilico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°G), Apresentação: Líquido
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 300
 Quantidade Mínima Cotada: 300
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 1,98
 Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (300)

192 - Alcool Etilico

Descrição Detalhada: Alcool Etilico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°G), Apresentação: Líquido
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 50
 Quantidade Mínima Cotada: 50
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 7,10
 Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

193 - Alcool Etilico

Descrição Detalhada: Alcool Etilico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°G), Apresentação: Gel
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 10,94
 Unidade de Fornecimento: Frasco 400,00 G
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

194 - Clorexidina Digluconato

Descrição Detalhada: Clorexidina Digluconato Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 15
 Quantidade Mínima Cotada: 15
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 6,00
 Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

195 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Limpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilado Na Faixa Entre 80 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 87%, Característica Adicional: Benzina Refinada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Quantidade Mínima Cotada: 2
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 58,28
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

196 - Detergente saneante

Descrição Detalhada: Detergente Saneante Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Neutro, Composição: A Base De Ácidos Benzenosulfônico, Outros Componentes: Tensioativo Aniónico E Não Iônico, Degradabilidade: Biodegradável
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Unitário (R\$): 38,21
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

197 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Tipo Uso: Externo, Apresentação: Tira Plástica, Características Adicionais: Monitoração Da Concentração De Ácido Peracético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 119,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

198 - Gel Para Exame Médico

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Características Adicionais: Ph Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 8,09

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

199 - Triclosana

Descrição Detalhada: Triclosana Concentração: 5MG/ML, Forma Farmacêutica: Sabonete Líquido Cremoso, Característica Adicional: Com Aromatizante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 74,97

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

200 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Vaselina Rígida A Base De Petrolato, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Consistência Nígi: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 7,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

201 - Desinfetante

Descrição Detalhada: Desinfetante Composição: A Base De Quaternário De Amônio, Princípio Ativo: Didecilmelhambônio + Biguanida + Tensioativos, Teor Ativo: Teor Ativo Cerca De 0,1%, Forma Física: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 34,15

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (50)

202 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Branca, Largura: 59CM, Altura: 62CM, Normas Técnicas: Classe II, Tipo B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 26,91

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

203 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Branco Leitoso, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Simbiologia De Substância Infeciante, Normas Técnicas: Classe II - Nbr-9191, Material: Resina Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 35,30

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

204 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Branca, Largura: 75CM, Altura: 105CM, Características Adicionais: Leitoso, 7 Micra, Simbiologia De Substância Infeciante, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 61,47

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

205 - Solução Uso Médico

Descrição Detalhada: Solução Uso Médico Tipo: A Base De Biguanida (Phmb), Concentração: 0,1%, Aplicação: Uso Tópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 113,38

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

206 - Solução Uso Médico

Descrição Detalhada: Solução Uso Médico Tipo: A Base De Biguanida (Phmb), Concentração: 0,1%, Aplicação: Uso Tópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 118,09

Unidade de Fornecimento: Frasco 350,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (25)

207 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Agente Embólico Tipo: Microesferas; Composição 1: Á. Base Hidrogel De Pva, Tamanho: 500 - 700MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Aplogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 30,70

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

208 - Reagente para diagnóstico clínico*

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Anti Dengue Virus Igg E Igm, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 290,44

Unidade de Fornecimento: Teste

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (4)

209 - Reagente para diagnóstico clínico 3

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Antígeno Ns1 De Dengue Virus, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 268,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (15)

210 - Reagente para diagnóstico clínico 7

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Svc, Método: Elisa, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 371,94

Unidade de Fornecimento: Teste

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

211 - Aparelho avaliação gordura corporal

Descrição Detalhada: Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal Método: Bioimpedância, Função: Massa Celular Corporal Extracelular, Magra, Gordia, Funções Básicas: Massa Corporal, Tx, Metabólica Basal, Água Corp. Total, Adicionais: Água Intracelular, Extracelular, Relação Em/Bcm, Características Adicionais: Refrância +Ou-0,2%, Amplitude 0-300 Omb's Res. 0, Iohm, Resistência, Precisão + Ou - 1%, Amplitude: 200-1500OHMS, Resolução: 0,1OHMS, Ângulo: Ângulo De Fase Precisão +Ou- 0,2%,0 A 20',0,1omhs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 330,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (1)**212 - Incubadora laboratório**

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Tipo*: Para Indicador Biológico, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Outros Componentes: Até 5 Ampolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 216,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

213 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Tipo Carutcho, Material: Polipropileno, Dimensões: Cerca De 10 X 30CM, Componentes: Com Carvão Ativado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 71,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

214 - Peça/Componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Solo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 30,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

215 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponta: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2MM, Haste: Haste Angulada, Comprimento Haste: Cerca De 5CM, Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 255,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

216 - Adesivo cirúrgico

Descrição Detalhada: Adesivo Cirúrgico Princípio Ativo: De N-Butil-2-Cianoacrilato, Metacrilato de Etileno, Aspecto Físico: Líquido, Adicional: Com Aplicador, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade*: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 1.626,67
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

217 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 24FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 2
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 1.346,95
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (2)

218 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 24FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 197,50
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

219 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 22FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 184,22
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

220 - Material Para Acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Pastilha Macia, Material: A Base De Silício, Características Adicionais: Para Uso Tópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 176,37
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

221 - Material Para Acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Pastilha Macia, Material: A Base De Silício, Características Adicionais: Para Uso Tópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 185,56
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

222 - Material para acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Ponto Esfera, Material: Semente De Mostarda, Tipo: Escura (Preta), Características Adicionais: C/ Adesivo Microporoso Cor Da Pele

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 20,56
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (500)

223 - Material para acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Ponto Esfera, Material: Semente De Mostarda, Tipo: Escura (Preta), Características Adicionais: C/ Adesivo Microporoso Cor Da Pele

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 20,56
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (500)

224 - Material para acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Ponto Esfera, Material: Prata, Características Adicionais: C/ Adesivo Microporoso Cor Da Pele

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 500
 Critério de Julgamento: Menor Preço
 Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 20,56
 Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (500)

225 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,25 X 30MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 25,02
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 100
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

226 - Agulha acupuntura

Descrição Detalhada: Agulha Acupuntura Material: Aço Inoxidável, Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme), Tamanho: 0,18 X 8,0MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral, Bainha: Com Bainha Protetora, Individual, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 100
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 21,21
 Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 100
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (100)

227 - Lençol descartável uso hospitalar

Descrição Detalhada: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: Nylon E Poliéster, Dimensões: Cerca De 100 X 150, Característica Adicional: Deslizante, Apresentação 1: C/ Alças E Fitas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 147,60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

228 - Cordão salvamento

Descrição Detalhada: Cordão Salvamento Material: Poliamida, Tipo: Trançado, Diâmetro: 12MM, Capacidade Pesos: Até 2,825KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 207,13
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

229 - Película protetora

Descrição Detalhada: Película Protetora Tipo: P/ Evaporações E Queimaduras, Composição: À Base De Polietileno, Dimensão: Cerca De 50 X 50CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 8
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 152,77
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 8
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (8)

230 - Curativo / Cobertura

Descrição Detalhada: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa, Composição: À Base De Hidrocolóide, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 24,85
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

231 - Clorexidina Digluconato

Descrição Detalhada: Clorexidina Digluconato Concentração: 0,2%, Forma Farmacéutica: Colútorio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 24,02
 Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

232 - Pinça anatómica

Descrição Detalhada: Pinça Anatómica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Retá, Tipo Ponta: Serilhada, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 17,39
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

233 - Pinça anatómica

Descrição Detalhada: Pinça Anatómica Modelo 1: Adson, Formato Ponta: Ponta Retá, Tipo Ponta: Serilhada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 24,45
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

234 - Pinça

Descrição Detalhada: Pinça Material: Aço, Diâmetro Externo: 4MM, Normas Técnicas: Nbr Iso 2768, Comprimento Total: 77,00MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 20,12
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Valor: Valor Estimado
 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

235 - Pinça cirúrgica
 Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann, Formato Ponta: Ponta Reia, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componentes: S7 Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 5
 Quantidade Mínima Cotada: 5
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 357,49
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (5)

236 - Espaçador
 Descrição Detalhada: Espaçador Uso Médico Aplicação: Inalação De Broncodilatador, Tipo: Encaixe Universal, Boca Com Válvula Unidirecional, Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido, Modelo: Máscara Polímero, Tamanho Adulto
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 36,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

237 - Espaçador
 Descrição Detalhada: Espaçador Uso Médico Aplicação: Inalação De Broncodilatador, Tipo: Encaixe Universal, Boca Com Válvula Unidirecional, Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido, Modelo: Máscara Pvc Tamanho M De 2 A 13 Anos
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 38,34
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

238 - Lanterna de cabeça/capacete
 Descrição Detalhada: Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regamegavel, Tipo Lâmpada: Led Cob, Capacidade Focal: 150 Lúmens, Características Adicionais: A Prova D'Água/Clip De Fixação/Carregador Bivot
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 6
 Quantidade Mínima Cotada: 6
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 185,14
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (6)

239 - Atadura
 Descrição Detalhada: Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 20
 Quantidade Mínima Cotada: 20
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 5,64
 Unidade de Fornecimento: Rolo 3,60 M
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (20)

240 - Esfigmomanômetro
 Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuster: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 30
 Quantidade Mínima Cotada: 30
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 242,47
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30)

241 - Concentrador de oxigênio
 Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Concentração: Concentração Mínima De 88%, Componentes: Alarques, Unidificador, 5 Circuitos Completos, Acessórios: Quatro Rodízios, Boloço Liga/Desliga, Frequência: 60HZ, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Nível De Ruído Atpe 50db, Boloço Ajuste De Fluxo, Capacidade: 1 A 5L/MIN
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 3
 Quantidade Mínima Cotada: 3
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 8.005,67
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (3)

242 - Película Protetora
 Descrição Detalhada: Película Protetora Tipo: Adesiva, Composição: A Base De Polietileno (Pu), Componente 1: C/ Silicone, Dimensão: Cerca De 2.5 CM, Apresentação: Em Rolo, Esterilidade: Uso Único
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 40
 Quantidade Mínima Cotada: 40
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 9,12
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (40)

243 - Espaçador
 Descrição Detalhada: Espaçador Uso Médico Aplicação: Inalação De Broncodilatador, Tipo: Encaixe Universal, Boca Com Válvula Unidirecional, Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido, Modelo: Máscara Polímero, Tamanho Adulto
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 36,97
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

244 - Espaçador
 Descrição Detalhada: Espaçador Uso Médico Aplicação: Inalação De Broncodilatador, Tipo: Encaixe Universal, Boca Com Válvula Unidirecional, Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido, Modelo: Máscara Pvc Tamanho M De 2 A 13 Anos
 Tratamento Diferenciado: Não
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
 Quantidade Total: 10
 Quantidade Mínima Cotada: 10
 Critério de Julgamento: Menor Preço Valor Estimado
 Valor Unitário (R\$): 38,34
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Quantidade Máxima para Adesões: 0
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
 Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (10)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

27/03/2025 11:15:19

Pedido de Cotação Eletrônica



Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 28/03/2025.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão		UASG Responsável		
97932 - PREFEITURA DE MERCEDES - PR		985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR		
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de Realização	Modo de Disputa
Pregão	90033/2025	Registro de Preço (SRP)	Eletrônico	Aberto
Nº da IRP				
00005/2025				
Lei		Critério de Julgamento		
Lei nº 14.133/2021		Menor Preço/Maior Desconto		
Tipo de Objeto				
Bens Comuns				
Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD		
055	Não	Não		
Validade da Ata SRP	Quantidade de Itens			
12 mes(es)	242			
Objeto				
Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes/PR				
Data da Divulgação				
28/03/2025				
Data da Disponibilidade do Edital		Data/Hora da Abertura da Licitação		
A partir de 28/03/2025 às 08:00		Em 15/04/2025 às 08:00		

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação



Município de Mercedes

Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
UASG: 985531
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA N.º 33/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes/PR.

PREÇO MÁXIMO:

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
01	Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	439799	CX	45	9,13	410,85
02	Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	397513	CX	11	8,74	96,14
03	Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x ¾), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	439811	CX	22	7,54	165,88
04	Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	397507	CX	17	8,29	140,93
05	Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	397505	CX	26	8,79	228,54
06	Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	439808	CX	17	8,79	149,43
07	Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	397502	CX	45	7,96	358,20



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
08	Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades	397503	CX	5	10,71	53,55
09	Lanceta de segurança 28g 0,36x1,8mm c/100un	338605	CX	18	17,87	321,66
10	Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja.	437181	UNID	10	0,77	7,70
11	Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza.	437182	UNID	15	1,21	18,15
12	Cateter Intravenoso Periférico 18 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituível de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero	437183	UNID	150	0,75	112,50



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico.					
13	Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás.	437178	UNID	1200	0,84	1.008,00
14	Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul.	437179	UNID	3700	1,16	4.292,00
15	Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de	437180	UNID	3500	1,22	4.270,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela.					
16	Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), estéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16gx12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano.	437290	UNID	3	112,04	336,12
17	Cateter venoso central duplo lúmen, 07 FR x 20 cm, na embalagem deve conter: contém: 1 - catéter em poliuretano duplo lúmen 07fr x 20 cm 1 - agulha introdutora 18 g x 07 cm 1 - fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0,032" com ponta macia 1 - dilatador de veia 08fr x 10 cm 1 - aleta de sutura móvel com trava	437302	UNID	5	175,49	877,45
18	Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,	437164	UNID	50	0,38	19,00

**Município de Mercedes****Estado do Paraná**

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.					
19	Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.	437166	UNID	450	0,39	175,50
20	Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.	437167	UNID	500	0,44	220,00
21	Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel	437165	UNID	200	0,57	114,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.					
22	Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico.	479749	UNID	450	1,33	598,50
23	Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico.	479748	UNID	600	1,29	774,00
24	Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico.	479747	UNID	80	2,44	195,20
25	Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco,	268855	UNID	120	10,37	1.244,40



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade.					
26	Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade.	352012	UNID	100	12,78	1.278,00
27	Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação.	431744	PCT	40	44,14	1.765,60
28	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação.	348807	PCT	70	6,21	434,70
29	Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico e aprotinogênico, formato e sistema dentado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala.	447065	UNID	3	0,63	1,89
30	Escova Assepsia Seca; Escova com esponja não impregnados; validade 60 meses.	280879	UNID	5	2,68	13,40
31	Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC.	282205	UNID	10	1,23	12,30



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Embalada individualmente em embalagem de PVC. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos.					
32	Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizado a raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, apirogênico e descartável.	395230	UNID	70	1,18	82,60
33	Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH2O/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h.	479617	UNID	10	13,42	134,20
34	Umidificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo."	281424	UNID	20	15,41	308,20
35	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 1. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito	451032	UNID	2	39,02	78,04



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.					
36	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde	451033	UNID	2	39,16	78,32
37	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 3. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451034	UNID	2	26,91	53,82
38	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e	451035	UNID	2	95,24	190,48

**Município de Mercedes****Estado do Paraná**

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.					
39	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451036	UNID	2	94,25	188,50
40	Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm ³ , esfera de inos, botão de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT.	451856	UNID	5	101,72	508,60
41	Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento.	454566	UNID	30	14,50	435,00
42	Máscara de oxigênio INFANTIL por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável	454567	UNID	7	13,95	97,65



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento.					
43	Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Pediátrica. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente pediátrico com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.	454548	UNID	6	7,68	46,08
44	Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.	454547	UNID	6	12,43	74,58
45	Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT.	274615	UNID	5	309,39	1.546,95



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm ² lisenção de componentes em borracha.					
46	Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO ₂) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Contínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO ₂ : Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO ₂ : De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1.	441981	UNID	10	142,84	1.428,40
47	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL INFANTIL E ADULTO. Oxímetro de pulso portátil de mesa. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO ₂), Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO ₂ , forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pediátrico; NEO -	441985	UNID	2	2.648,43	5.296,86



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português.					
48	Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático,	435801	UNID	20	16,39	327,80



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	indicador de bateria fraca.					
49	Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade Com Maxima E Minima, Função máxima e mínima, Visor de cristal líquido (LCD), Função °C °F.	622691	UNID	9	77,60	698,40
50	Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças), Material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em nylon.	602087	UNID	5	29,63	148,15
51	Colar de resgate BB neonatal. Em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca	456003	UNID	2	21,97	43,94
52	Colar Cervical P com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho pequeno, c/ 10,5cm de altura e circunferência de 33 a 37cm.	455923	UNID	2	20,21	40,42
53	Colar Cervical M com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho médio com 12cm de altura e circunferência de 37 a 40 cm.	281465	UNID	2	21,04	42,08
54	Colar Cervical G com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura e circunferência de 40 a 44 cm.	292700	UNID	2	21,50	43,00
55	Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma	359220	PAR	6	137,92	827,52



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada.					
56	Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades.	313571	CX	3	29,70	89,10
57	Lâmina bisturi, aço carbono, nº 23, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades.	313631	CX	2	29,37	58,74
58	Papel para cardiocógrafa/Monitor fetal 112MM x 100MM embalagem com 150 folhas. Tipo bloco, compatível com General Medtech	454803	PCT	12	35,40	424,80
59	Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm	452193	UNID	5	24,12	120,60
60	Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm	452194	UNID	3	26,25	78,75
61	Tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	87,43	87,43
62	Tubo de silicone, tamanho 202, c/ 10 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	99,16	99,16
63	Tubo de silicone, tamanho 203, c/ 10 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	90,69	90,69
64	Tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases,	459110	ROLO	1	150,15	150,15



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	fluidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.					
65	Tubo de silicone, tamanho 205, c/ 15 metros: Confeccionado em silicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	459113	ROLO	1	133,74	133,74
66	Garrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades.	445572	PCT	4	155,81	623,24
67	Bandagem triangular 100% algodão (1,40x1,40x2m)	478140	UNID	10	15,57	155,70
68	Cadarço para fixação do tubo orotraqueal (TOT): cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros.	481520	ROLO	4	10,63	42,52
69	Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico.	438474	UNID	3	6,45	19,35
70	Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau	438463	UNID	3	13,74	41,22



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	cirúrgico.					
71	Dreno torácico estéril, calibre 36 mm, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no Ministério da saúde.	438468	UNID	1	9,94	9,94
72	Tubo endotraqueal nº 2, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA.	319489	UNID	4	5,78	23,12
73	Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451322	UNID	3	4,58	13,74
74	Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451393	UNID	3	6,02	18,06
75	Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha	451325	UNID	3	4,89	14,67



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal					
76	Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451321	UNID	6	5,15	30,90
77	Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451314	UNID	6	5,01	30,06
78	Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451327	UNID	4	5,01	20,04
79	Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451320	UNID	2	4,92	9,84
80	Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451319	UNID	2	5,41	10,82
81	Tubo endotraqueal; tam 9,5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451315	UNID	2	5,17	10,34
82	Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil	302084	UNID	2	30,49	60,98



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	(PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.					
83	Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.	272774	UNID	2	32,01	64,02
84	Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophilus - ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano.	436058	CX	70	47,27	3.308,90
85	Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades;	332346	PCT	50	106,29	5.314,50
86	Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma.	340811	PCT	200	358,67	2.152,02



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas.					
87	Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos	452022	PCT	30	24,58	737,40
88	Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos	456904	PCT	15	27,55	413,25
89	Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos	452017	PCT	17	38,07	647,19
90	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	442385	ROLO	14	62,75	878,50
91	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	462298	ROLO	15	75,30	1.129,50
92	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	462298	UNID	28	56,48	1.581,44
93	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/-	442384	ROLO	25	122,48	3.062,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil					
94	Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação, Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.	466574	ROLO	3	93,30	279,90
95	Papel grau cirúrgico 35 cm x 100 m bobina de 100 mts. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade.	466574	ROLO	2	173,66	347,32
96	Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.	477818	UNID	1	127,97	127,97
97	CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	272821	UNID	5	11,95	59,75
98	Pinça Kelly Reta 14 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica	467833	UNID	8	37,35	298,80



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.					
99	Pinça Kelly Curva 14 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.	467837	UNID	8	39,43	315,44
100	Porta Agulha Mayo Hegar Com Widea – Ice Embalagem com 1 unidade, medindo 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Procedência nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA	471165	UNID	5	83,71	418,55
101	Tesoura cirúrgica reta com ponta fina - 15 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação	344283	UNID	10	38,98	389,80
102	Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de garantia.	389557	UNID	20	84,90	1.698,00
103	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático adulto (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE.	453771	PAR	4	752,03	3.008,12
104	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático infantil (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE.	462281	PAR	3	761,47	2.284,41



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
105	Aparelho Pressão Adulto Obeso. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001. Largura de 18cm e comprimento de 35 cm.	432480	UNID	6	134,42	806,52
106	Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.	461243	PCT	50	30,79	1.539,50
107	Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T	454965	CX	1	123,18	123,18
108	Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde.	339565	CX	70	53,69	3.758,30
109	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.	279726	UNID	100	17,26	1.726,00
110	Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo;	444343	UNID	800	0,50	400,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ²					
111	Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ²	444355	UNID	3000	0,76	2.280,00
112	Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ²	444371	UNID	700	2,05	1.435,00
113	Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação.	443022	PCT	12	156,59	1.879,08
114	Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m	272020	UNID	30	51,65	1.549,50
115	Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, confeccionada com 13 fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.	269971	PCT	450	39,58	17.811,00
116	Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril.	437863	UNID	90	6,75	607,50



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Pré cortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.					
117	Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	400374	UNID	200	9,64	1.928,00
118	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.	332343	UNID	30	5,05	151,50
119	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de	437881	UNID	35	4,61	161,35



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm					
120	Fita hipoalérgica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m	437865	UNID	60	2,27	136,20
121	Fita hipoalérgica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M	437867	UNID	70	11,67	816,90
122	Protetor Ocular Adulto, Hipoalérgico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades	479674	CX	12	23,57	282,84
123	Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis	386123	UNID	70	7,84	548,80
124	Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento;	385704	UNID	5000	0,80	4.000,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso.					
125	Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.	386478	UNID	400	0,73	292,00
126	Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	438113	UNID	3000	0,20	600,00
127	Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico	279402	UNID	3800	0,20	760,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.					
128	Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	438114	UNID	3000	0,30	900,00
129	Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	439627	UNID	2500	0,42	1.050,00
130	Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	439632	UNID	30	2,34	70,20
131	Fio de sutura Catgut CROMADO n° 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades.	336668	CX	1	124,84	124,84



Município de Mercedes

Estado do Paraná


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
132	Fio mononylon 2-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 2,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades.	281893	CX	4	40,97	163,88
133	Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	456128	CX	10	40,97	409,70
134	Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	330413	CX	6	40,97	245,82
135	Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI 1/4 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	281320	CX	3	45,05	135,15
136	Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade.	279569	UNID	6	1,71	10,26
137	Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269946	UNID	500	1,85	925,00
138	Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269839	UNID	350	1,81	633,50
139	Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau	269838	UNID	350	1,85	647,50



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm					
140	Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	276340	UNID	30	1,67	50,10
141	Luva cirúrgica estéril; 8,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269947	UNID	30	1,76	52,80
142	Luvas de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269891	CX	70	33,38	2.336,60
143	Luvas de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269894	CX	200	26,81	5.362,00
144	Luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	342506	CX	250	27,88	6.970,00
145	Luvas de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269892	CX	55	26,31	1.447,05
146	Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto /	313654	CX	20	38,22	764,40



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Rosa / Azul.					
147	Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.	313653	CX	20	45,39	907,80
148	Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	436319	UNID	200	7,45	1.490,00
149	Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade.	270585	UNID	100	2,11	211,00
150	Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	435904	UNID	5	0,85	4,25
151	Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438396	UNID	8	0,86	6,88
152	Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438398	UNID	10	0,91	9,10
153	Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	438399	UNID	10	0,98	9,80
154	Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	438400	UNID	6	1,16	6,96



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
155	Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	449606	UNID	6	1,72	10,32
156	Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438982	UNID	7	1,13	7,91
157	Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438983	UNID	4	1,25	5,00
158	Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438985	UNID	4	1,42	5,68
159	Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435911	UNID	5	1,93	9,65
160	Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa	435912	UNID	4	1,78	7,12
161	Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435913	UNID	3	2,73	8,19
162	Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	452538	UNID	30	0,90	27,00
163	Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436228	UNID	15	0,82	12,30
164	Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436229	UNID	8	0,80	6,40
165	Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Marca: Embramed	278681	UNID	3000	0,65	1.950,00
166	Sonda Uretral nº 12, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e	275722	UNID	200	0,66	132,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	conector com tampa.					
167	Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435982	UNID	30	0,96	28,80
168	Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435985	UNID	15	1,18	17,70
169	Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436008	UNID	4	4,47	17,88
170	Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436001	UNID	4	4,72	18,88
171	Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra	436007	UNID	120	3,83	459,60



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
172	Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436003	UNID	50	4,35	217,50
173	Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436010	UNID	35	4,01	140,35
174	Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra	438575	UNID	20	4,79	95,80



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.					
175	Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436006	UNID	4	7,90	31,60
176	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435897	UNID	4	21,78	87,12
177	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no	435899	UNID	5	12,58	62,90



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.					
178	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435901	UNID	4	12,86	51,44
179	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435902	UNID	12	14,47	173,64
180	Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre	268236	UNID	5000	5,26	26.300,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	protetor.					
181	Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	2500	6,08	15.200,00
182	Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	1800	7,03	12.654,00
183	Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	400	11,24	4.496,00
184	Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	100	5,89	589,00
185	Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	60	11,17	670,20
186	Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	25	15,13	378,25
187	Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente.	299675	UNID	40	11,10	444,00
188	Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente;	352192	UNID	80	9,84	787,20

**Município de Mercedes****Estado do Paraná**

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas.					
189	Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor de corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros.	445470	GL	8	233,84	1.870,72
190	Água oxigenada 10 vol. 100 ml	277319	UNID	5	2,94	14,70
191	Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06.	269941	UNID	300	1,98	594,00
192	Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra microorganismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml.	269941	UNID	50	7,10	355,00
193	Álcool Gel 70% Antisséptico; com válvula pump 420gr Composição: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl propanol, Alcohol, Menthol e Aqua. Organolépticas: Gel translúcido, e odor característico de álcool, Elimina 99,9% dos vírus e bactérias.	269943	UNID	10	10,94	109,40
194	Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório.	444051	UNID	15	6,00	90,00
195	Benzina Retificada líquida; 100%; uso tópico; 1 litro.	380630	UNID	2	58,28	116,56
196	Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de	438827	GL	6	38,21	229,26



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top)					
197	Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades;	337958	UNID	4	119,05	476,20
198	Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade.	438929	UNID	10	8,09	80,90
199	Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros.	388261	GL	5	74,97	374,85
200	Vaselina líquida; 100ml	356040	UNID	3	7,13	21,39
201	Limpador Desinfetante, Pronto-uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição : Cloreto de n-alkil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo.	437412	UNID	50	34,15	1.707,50
202	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço	615869	PCT	20	26,91	538,20



Município de Mercedes

Estado do Paraná


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades.					
203	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	412494	PCT	15	35,30	529,50
204	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	320700	PCT	20	61,47	1.229,40
205	Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Frasco de 100 ml.	471162	FRASC	30	113,38	3.401,40
206	Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada. Frasco com 350 ml.	471162	FRASC	25	118,09	2.952,25
207	Hidrogel Amorfo Solosite Gel Smith+Nephew é um agente de 'tumefação' de água, que permite que o gel permaneça em sua	406770	FRASC	30	30,70	921,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	forma mesmo saturado e absorva exsudatos. Frasco de 85 grm					
208	Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM) Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso.	353742	CX	4	290,44	1.161,76
209	Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso.	435854	CX	15	268,66	4.029,90
210	Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete	30113	CX	10	371,94	3.719,40
211	Balança de Bioimpedância - Medição dupla - 8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétrica por todo o corpo - 4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membros inferiores e 4 na barra de mãos, que medem dos membros superiores - Balança de Bioimpedância com Visor colorido com todos os dados de medição - Bluetooth e APP compatíveis com sistemas Android e iOS - Registro de altura	305065	UNID	1	330,77	330,77



Município de Mercedes

Estado do Paraná


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	- Percentual de água - Taxa muscular esquelética - Frequência cardíaca - Relatório de bioimpedância completo, podendo ser compartilhado - Carregamento via USB Tipo-C - Fio retrátil de aproximadamente 1,4m - Vidro temperado de alta resistência - Memória sem limite de cadastros - Limite de peso de 6 a 180kg, com graduação de 100g					
212	Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento	432913	UNID	2	216,84	433,68
213	Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli	447186	UNID	8	71,61	572,88
214	Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli	314640	UNID	8	30,36	242,88
215	Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal	462994	UNID	5	255,69	1.278,45
216	Cola Cirúrgica para Regeneração Tecidual e Cirurgia Plástica - caixa com 10 unidades de 1 ml	437889	CX	5	1.626,67	8.133,35
217	Peg - Kit de Gastrostomia nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo	463620	KIT	2	1.346,95	2.693,90



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024.					
218	Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB	463620	UNID	6	197,50	1.185,00
219	Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB	463619	UNID	3	164,22	492,66
220	Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirúrgica microporosa 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício	451229	PLAC	100	176,37	17.637,00
221	Stiper Pads Sistemico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirúrgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício	451229	PLAC	100	185,56	18.556,00
222	Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas	370625	PLAC	500	20,56	10.280,00



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.					
223	Ponto semente para auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.	370625	PLAC	500	20,56	10.280,00
224	Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata.	370628	PLAC	500	20,56	10.280,00
225	Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid.	378432	CX	100	25,02	2.502,00
226	Agulhas individuais para auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid	388739	CX	100	21,21	2.121,00
227	Lona de Transferência - Utilizada no manuseio de pacientes com dificuldades de locomoção. Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, a lona possui tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, é capaz de suportar de 180 à 200 Kg. É feita de nylon azul e pode ser lavada e dobrada. Informações Adicionais: Cor: Marinho, Produzida em nylon, Tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais. Altura 1 cm / Largura 180 cm/ Profundidade 70 cm - peso:0,720 kg	485942	UNID	20	147,60	2.952,00
228	Corda Nr18 Tipo Bombeiro 12mm 50 Metros	336021	UNID	5	207,13	1.035,65
229	Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição:	437892	UNID	8	152,77	1.222,16



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno.					
230	Curativo Hidrocoloide Extra Fino 10x10cm, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocoloide, poliisobutileno, conservantes e uma camaa externa de filme de poliuretano	484808	UNID	30	24,85	745,50
231	Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas; Impede a proliferação de bactérias e fungos;	341173	UNID	30	24,02	720,60
232	Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade;	467745	UNID	20	17,39	347,80
233	Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável.	468001	UNID	10	24,45	244,50
234	Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente.	337532	UNID	5	20,12	100,60
235	pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável	474438	UNID	5	357,49	1.787,45
236	Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA.	473659	UNID	10	36,97	369,70
237	Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente	362097	UNID	10	38,34	383,40



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
	externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA.					
238	Lanterna Para Cabeça Recarregável 150 Lumens Cor da lanterna: Preto e verde, Cor da luz: Branco Frio, Tipo de fonte de alimentação: bateria, Tipo de luz: led, Número de modos de mudança de luz: 3, Potência: 150lm, É recarregável; É à prova d'água.	607427	UNID	6	185,14	1.110,84
239	Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril	444609	UNID	20	5,64	112,80
240	Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos.	436498	UNID	30	242,47	7.274,10
241	Concentrador estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio a 5l/min, baixo consumo de energia, alarme e suporte universal de umidificador. Com sistema de rodízios. Voltagem: 127V 60Hz.	415947	UNID	3	8.005,67	24.017,01
242	Fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas	616733	UNID	40	9,12	364,80

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min do dia 15/04/2025.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Demais informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, situada à Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 07:30 às 11:30h e 13:00h às 17:00h. Telefone: (45)3256-8000, e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br.

Mercedes – PR, 27 de março de 2025.

LAERTON
WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por
LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2025.03.27 10:37:06
-03'00'

Laerton Weber
Prefeito

- PUBLICADO -

DATA: 27 / 03 / 25

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO: 4065


- PUBLICADO -

DATA: 28 / 03 / 25

ÓRGÃO: O Paraná

PÁGINA: 11

Nº EDIÇÃO: 14571



DIÁRIO OFICIAL

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

MUNICÍPIO DE MERCEDES

PÁG. 999 ASS.

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e plantio de grama em leiva, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego e de outras Secretarias vinculadas ao Município de Mercedes/PR.

PREÇO MÁXIMO:

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
01	Aquisição grama esmeralda (<i>Zoysia japônica</i>), em placa, Inclusa mão de obra de instalação (plantio).	218026	m ²	3.000	14,91	44.730,00

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min do dia 14/04/2025.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Demais informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, situada à Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 07:30 às 11:30h e 13:00h às 17:00h. Telefone: (45)3256-8000, e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br.

Mercedes – PR, 26 de março de 2025.

Laerton Weber
Prefeito

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
UASG: 985531
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA N.º 33/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes/PR.

PREÇO MÁXIMO:

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
01	Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	439799	CX	45	9,13	410,85
02	Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½),	397513	CX	11	8,74	96,14



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.

O Município de Mercedes dá a garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br

Página 10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21 - 0300-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://icp-brasil.com.br/na56aa79f1a66>





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065


www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
03	cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	439811	CX	22	7,54	165,88
04	Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.	397507	CX	17	8,29	140,93
05	Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	397505	CX	26	8,79	228,54
06	Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades	439808	CX	17	8,79	149,43
07	Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades	397502	CX	45	7,96	358,20
08	Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades	397503	CX	5	10,71	53,55
09	Lanceia de segurança 28g 0,36x1,8mm c/100un	338605	CX	18	17,87	321,66
10	Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias.	437181	UNID	10	0,77	7,70

Página 11

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
11	14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja. Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza.	437182	UNID	15	1,21	18,15
12	Cateter Intravenoso Periférico 18 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico.	437183	UNID	150	0,75	112,50
13	Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás.	437178	UNID	1200	0,84	1.008,00
14	Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com	437179	UNID	3700	1,16	4.292,00

Página 12

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://pim.com.br/pa55ea7f351a68>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://pim.com.br/pa55ea7f351a68>



PAG. 1000



27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
15	bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul.	437180	UNID	3500	1,22	4.270,00
16	Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela.	437290	UNID	3	112,04	336,12
17	Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), esteril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16x12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano.	437302	UNID	5	175,49	877,45

Página 13

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
18	conter:contém: 1 - cateter em polietileno duplo lúmen 07fr x 20 cm 1 - agulha introdutora 18 g x 07 cm 1 - fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0,032" com ponta macia 1 - dilatador de veia 08fr x 10 cm 1 - aleia de sutura móvel com trava	437164	UNID	50	0,38	19,00
19	Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-loc cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-loc, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e esterilização e registro no MS. Estéril, aptogênico e descartável.	437166	UNID	450	0,39	175,50
20	Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-loc cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-loc, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e esterilização e registro no MS. Estéril, aptogênico e descartável.	437167	UNID	500	0,44	220,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 14

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://icp.m.com.br/pa55a47351a56



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://icp.m.com.br/pa55a47351a56



PAG. 1001

PAG. 1001

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
21	empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirrogênico e descartável.	437165	UNID	200	0,57	114,00
22	Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirrogênico e descartável.					
23	Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental transparente/translúcido, com paratuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico.	479749	UNID	450	1,33	598,50
	Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental transparente/translúcido, com paratuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico	479748	UNID	600	1,29	774,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
 O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 15

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
24	e filme plástico. Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com paratuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico.	479747	UNID	80	2,44	195,20
25	Rolo de Papel Lençol para maca descartável, 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica, produto de qualidade.	268855	UNID	120	10,37	1.244,40
26	Rolo de Papel Lençol para maca descartável, 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica, produto de qualidade.	352012	UNID	100	12,78	1.278,00
27	Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação.	431744	PCT	40	44,14	1.765,60
28	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação.	348807	PCT	70	6,21	434,70
29	Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alérgico e apirrogênico, formato e sistema dentado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas,	447065	UNID	3	0,63	1,89

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
 O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br




Página 16

ESTE DOCUMENTO FORNASSIMADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03:00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE HTTPS://IPM.COM.BR/PA55EA47751A66



PAG. 1002
 ASS. [Assinatura]

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
30	duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétales. Escova Assepsia Seca: Escova com esponja não impregnada; validade 60 meses.	280879	UNID	5	2,68	13,40
31	Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC. Embalado individualmente em embalagem de PVC. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos.	282205	UNID	10	1,23	12,30
32	Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizado a frio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, apirrogênico e descartável.	395230	UNID	70	1,18	82,60
33	Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto esteril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH2O/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h.	479617	UNID	10	13,42	134,20
34	Umificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo."	281424	UNID	20	15,41	308,20



Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
35	Máscara laríngea descartável, TAMANHO Nº 1, Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451032	UNID	2	39,02	78,04
36	Máscara laríngea descartável, TAMANHO Nº 2, Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451033	UNID	2	39,16	78,32
37	Máscara laríngea descartável, TAMANHO Nº 3, Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451034	UNID	2	26,91	53,82
38	Máscara laríngea descartável, TAMANHO Nº 4, Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex	451035	UNID	2	95,24	190,48



Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
39	ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, mangüito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.					
40	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, mangüito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.	451036	UNID	2	94,25	188,50
41	Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kg/cm ³ , estera de inox, boião de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT.	451856	UNID	5	101,72	508,60
42	Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento.	454566	UNID	30	14,50	435,00
43	Máscara de oxigênio INFANTIL por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento.	454548	UNID	6	7,68	46,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.mercedes.pr.gov.br




Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
43	concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento.					
44	Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Pediátrica. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente pediátrico com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.	454548	UNID	6	7,68	46,08
45	Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.	454547	UNID	6	12,43	74,58
45	Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT. Manômetro com escala em KPA e	274615	UNID	5	309,39	1.546,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.mercedes.pr.gov.br



PAG. 1004
1.546,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII


EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Kg/om2	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
46		Isenção de componentes em borracha. Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotação) Principais especificações: - Peso: 45 gramas Dimensões do produto: 67,5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Contínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1.	441981	UNID	10	142,84	1.428,40
47		OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL INFANTIL E ADULTO. Oxímetro de pulso portátil de mesa. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Plestímetrografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal de frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestímetrográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de	441985	UNID	2	2.648,43	5.296,86

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: <https://mms.com.br/pas5ea47951a86>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
48	tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. ±2% (Adulto e Pediátrico); ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português.	435801	UNID	20	16,39	327,80
49	Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca.	622691	UNID	9	77,60	698,40
50	Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade Com Maxima E Minima Função máxima e mínima, Visor de cristal líquido (LCD), Função °C °F. Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças). Material especial para	602087	UNID	5	29,63	148,15

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: <https://mms.com.br/pas5ea47951a86>



PAQ. 1005
ASS.



MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
51	Colar de resgate BB neonatal. Em poliuretano de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca	456003	UNID	2	21,97	43,94
52	Colar Cervical P com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho pequeno, c/ 10,5cm de altura e circunferência de 33 a 37cm.	455923	UNID	2	20,21	40,42
53	Colar Cervical M com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho médio com 12cm de altura e circunferência de 37 a 40 cm.	281465	UNID	2	21,04	42,08
54	Colar Cervical G com apoio mentoniano para reduzir movimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. Cor branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura e circunferência de 40 a 44 cm.	292700	UNID	2	21,50	43,00
55	Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada.	359220	PAR	6	137,92	827,52
56	Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades.	313571	CX	3	29,70	89,10
57	Lâmina bisturi, aço carbono, nº 23, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades.	313631	CX	2	29,37	58,74

Página 23

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
58	Papel para cardiocógrato/Monitor fetal 112MM x 100MM embalagem com 150 folhas. Tipo bloco, compatível com General Medtech	454803	PCT	12	35,40	424,80
59	Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm	452193	UNID	5	24,12	120,60
60	Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm	452194	UNID	3	26,25	78,75
61	Tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros. Confeccionado em silicone translúcido, atóxico e resistente a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	87,43	87,43
62	Tubo de silicone, tamanho 202, c/ 10 metros. Confeccionado em silicone translúcido, atóxico e resistente a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	99,16	99,16
63	Tubo de silicone, tamanho 203, c/ 10 metros. Confeccionado em silicone translúcido, atóxico e resistente a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	252661	ROLO	1	90,69	90,69
64	Tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros. Confeccionado em silicone translúcido, atóxico e resistente a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	459110	ROLO	1	150,15	150,15
65	Tubo de silicone, tamanho 205, c/ 15 metros. Confeccionado em silicone translúcido, atóxico e resistente a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção.	459113	ROLO	1	133,74	133,74
66	Garrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades.	445572	PCT	4	155,81	623,24

Página 24

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
67	Bandagem triangular 100% algodão (1,40x1,40x2m)	478140	UNID	10	15,57	155,70
68	Cadeção para fixação do tubo orotraqueal (TOT); cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros.	481520	ROLO	4	10,63	42,52
69	Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico.	438474	UNID	3	6,45	19,35
70	Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico.	438463	UNID	3	13,74	41,22
71	Dreno torácico estéril, calibre 36 mm, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multifurcada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pel-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no Ministério da saúde.	438468	UNID	1	9,94	9,94
72	Tubo endotraqueal nº 2, SEM balão	319489	UNID	4	5,78	23,12

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://mipm.com.br/pa5ea7951a86



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Página 25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
73	Indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA.	451322	UNID	3	4,58	13,74
74	Tubo endotraqueal; tam 5,5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451393	UNID	3	6,02	18,06
75	Tubo endotraqueal; tam 6,0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451325	UNID	3	4,89	14,67
76	Tubo endotraqueal; tam 7,0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451321	UNID	6	5,15	30,90
77	Tubo endotraqueal; tam 7,5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451314	UNID	6	5,01	30,06
78	Tubo endotraqueal; tam 8,0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível).	451327	UNID	4	5,01	20,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://mipm.com.br/pa5ea7951a86




Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Página 26

1007



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025 ANO: XIII EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
79	com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal Tubo endotraqueal; tam 8,5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451320	UNID	2	4,92	9,84
80	Tubo endotraqueal; tam 9,0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451319	UNID	2	5,41	10,82
81	Tubo endotraqueal; tam 9,5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal	451315	UNID	2	5,17	10,34
82	Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.	302084	UNID	2	30,49	60,98
83	Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de	272774	UNID	2	32,01	64,02

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://lpm.com.br/pa55a47r51a66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025 ANO: XIII EDIÇÃO Nº: 4065


www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
84	comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophilus - ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano.	436058	CX	70	47,27	3.308,90
85	Indicador Químico Integrador, Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades; Teste Comply Bowie & Dick 1233. Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. E indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas.	332346	PCT	50	106,29	5.314,50
86	Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos	340811	PCT	200	358,67	2.152,02
87	Papel Grau Cirúrgico pl esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau	452022	PCT	30	24,58	737,40
88	8cm/100m. Bobina de papel grau	456904	PCT	15	27,55	413,25
89	8cm/100m. Bobina de papel grau	452017	PCT	17	38,07	647,19
90	8cm/100m. Bobina de papel grau	442385	ROLO	14	62,75	878,50

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://lpm.com.br/pa55a47r51a66



PAG. 108



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
91	cirúrgico 70g/m ² +/- 5% e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5% e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	462298	ROLO	15	75,30	1.129,50
92	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5% e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	462298	UNID	28	56,48	1.581,44
93	Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5% e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil	442384	ROLO	25	122,48	3.062,00
94	Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 gr/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro. Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação. - Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.	466574	ROLO	3	93,30	279,90
95	Papel grau cirúrgico 35 cm x 100 m bobina de 100 ms. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade.	466574	ROLO	2	173,66	347,32
96	Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação	477818	UNID	1	127,97	127,97

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://m3p.m3p.com.br/p55a947351a66



Página 29

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
97	e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE, REG. MS.	272821	UNID	5	11,95	59,75
98	Pinça Kelly Retã 14 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.	467833	UNID	8	37,35	298,80
99	Pinça Kelly Curva 14 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.	467837	UNID	8	39,43	315,44
100	Porta Agulha Mayo Hegar Com Wídea - Ice Embalagem com 1 unidade, medindo 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Procedência nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA	471165	UNID	5	83,71	418,55
101	Tesoura cirúrgica reta com ponta fina - 15 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação	344283	UNID	10	38,98	389,80
102	Check Active, 1 Lançador Accu-Check Softlix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Check, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de	389557	UNID	20	84,90	1.698,00

Pág. 1009

Página 30

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
103	instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de garantia. Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático adulto (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE.	453771	PAR	4	752,03	3.008,12
104	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático infantil (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE.	462281	PAR	3	761,47	2.284,41
105	Aparelho Pressão Adulto Obeso. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001. Largura de 18cm e comprimento de 35 cm.	432480	UNID	6	134,42	806,52
106	Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, cirúrgicos, procedimentos de emergência, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalérgico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.	461243	PCT	50	30,79	1.539,50
107	Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T	454965	CX	1	123,18	123,18
108	Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK; ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde.	339565	CX	70	53,69	3.758,30
109	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor	279726	UNID	100	17,26	1.726,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 11:11:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE MÍPIS://ipm.com.br/pa55ea7951a66



Página 31

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
110	branca, no mínimo 80% de brançura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão; macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação: 13 fios/cm²	444343	UNID	800	0,50	400,00
111	Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão; macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação: 13 fios/cm²	444355	UNID	3000	0,76	2.280,00
112	Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão; macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação: 13 fios/cm²	444371	UNID	700	2,05	1.435,00
113	Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação.	443022	PCT	12	156,59	1.879,08
114	Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m	272020	UNID	30	51,65	1.549,50
115	Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, confeccionada com 13 fios/cm² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.	269971	PCT	450	39,58	17.811,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 11:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE MÍPIS://ipm.com.br/pa55ea7951a66



PÁG.


PÁG.

1010

Página 32

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
116	Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antiialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Pré cortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.	437863	UNID	90	6,75	607,50
117	Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látex de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soró, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxidado de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	400374	UNID	200	9,64	1.928,00
118	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.	332343	UNID	30	5,05	151,50
119	Fita MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de	437881	UNID	35	4,61	161,35



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
120	fitas de viscosse, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipolalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm	437865	UNID	60	2,27	136,20
121	Fita hipolalérgica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscosse, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipolalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x 10m	437867	UNID	70	11,67	816,90
122	Protetor Ocular Adulto, Hipolalérgico Transpirável, Sensitivo, Resistente a Água, caixa 12 unidades	479674	CX	12	23,57	282,84
123	Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis	386123	UNID	70	7,84	548,80
124	Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal	385704	UNID	5000	0,80	4.000,00



27 de março de 2025 ANO: XIII EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
125	bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo reloginho; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.	386478	UNID	400	0,73	292,00
126	Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	438113	UNID	3000	0,20	600,00
127	Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	279402	UNID	3800	0,20	760,00
128	Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalagem	438114	UNID	3000	0,30	900,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br

Página 35



27 de março de 2025 ANO: XIII EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
129	individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	439627	UNID	2500	0,42	1.050,00
130	Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos.	439632	UNID	30	2,34	70,20
131	Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2-0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estérel. Caixa com 24 unidades.	336668	CX	1	124,84	124,84
132	Fio mononylon 2-0, fio para sutura nylon não absorvível, estérel 2,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades.	281893	CX	4	40,97	163,88
133	Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estérel 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	456128	CX	10	40,97	409,70
134	Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estérel 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades	330413	CX	6	40,97	245,82
135	Fio sutura nylon agulhada 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estérel; Não absorvível; Agulha CTI 1/4 Circ. TRG. 3,0 cml/45cm	281320	CX	3	45,05	135,15


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Página 36

PAG. 1012 ASS.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2025 16:21:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://icp.m.com.br/pa55a47351a56>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
136	Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade.	279569	UNID	6	1,71	10,26
137	Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talçada; Esterilizada por raios gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269946	UNID	500	1,85	925,00
138	Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talçada; Esterilizada por raios gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269839	UNID	350	1,81	633,50
139	Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talçada; Esterilizada por raios gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269838	UNID	350	1,85	647,50
140	Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talçada; Esterilizada por raios gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	276340	UNID	30	1,67	50,10
141	Luva cirúrgica estéril; 8,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talçada; Esterilizada por raios gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	269947	UNID	30	1,76	52,80
142	Luvax de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269891	CX	70	33,38	2.336,60
143	Luvax de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box"	269894	CX	200	26,81	5.362,00

Página 37

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
144	contendo 100 unidades; Produto com qualidade Luvax de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	342506	CX	250	27,88	6.970,00
145	Luvax de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	269892	CX	55	26,31	1.447,05
146	Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.	313654	CX	20	38,22	764,40
147	Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.	313653	CX	20	45,39	907,80
148	Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	436319	UNID	200	7,45	1.490,00
149	Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade.	270585	UNID	100	2,11	211,00
150	Sonda Nasogástrica CURTA nº08,	435904	UNID	5	0,85	4,25

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Página 38


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:11:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://sistemas.com.br/pas55caar7351a66>



PÁG. 1013 ASS.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br


ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
151	Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438396	UNID	8	0,86	6,88
152	Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438398	UNID	10	0,91	9,10
153	Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438399	UNID	10	0,98	9,80
154	Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	438400	UNID	6	1,16	6,96
155	Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	449606	UNID	6	1,72	10,32
156	Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438982	UNID	7	1,13	7,91
157	Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438983	UNID	4	1,25	5,00
158	Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	438985	UNID	4	1,42	5,68
159	Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435911	UNID	5	1,93	9,65
160	Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435912	UNID	4	1,78	7,12
161	Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	435913	UNID	3	2,73	8,19
162	Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	452538	UNID	30	0,90	27,00
163	Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436228	UNID	15	0,82	12,30

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 39



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
164	Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	436229	UNID	8	0,80	6,40
165	Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.Marca: Embramed	278681	UNID	3000	0,65	1.950,00
166	Sonda Uretral nº 12, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	275722	UNID	200	0,66	132,00
167	Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435982	UNID	30	0,96	28,80
168	Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	435985	UNID	15	1,18	17,70
169	Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436008	UNID	4	4,47	17,88
170	Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436001	UNID	4	4,72	18,88

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br




Página 40



PÁG. 1014

ASS.



De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

www.mercedes.pr.gov.br


EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
171	opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436007	UNID	120	3,83	459,60
172	Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436003	UNID	50	4,35	217,50
173	Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436010	UNID	35	4,01	140,35

Página 41

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
174	Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	438575	UNID	20	4,79	95,80
175	Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436006	UNID	4	7,90	31,60
176	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poluretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435897	UNID	4	21,78	87,12
177	Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poluretano, com linha	435899	UNID	5	12,58	62,90

Página 42


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



PÁG. 1015 ASS.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://pjm.com.br/pa5ea731a66.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03-00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://pjm.com.br/pa5ea731a66.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
178	radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Flo de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435901	UNID	4	12,86	51,44
179	Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Flo de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável.	435902	UNID	12	14,47	173,64
180	Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	5000	5,26	26.300,00
181	Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa	268236	UNID	2500	6,08	15.200,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
182	Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	1800	7,03	12.654,00
183	Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	268236	UNID	400	11,24	4.496,00
184	Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	100	5,89	589,00
185	Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	60	11,17	670,20
186	Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor.	270092	UNID	25	15,13	378,25
187	Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente.	299675	UNID	40	11,10	444,00
188	Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas.	352192	UNID	80	9,84	787,20
189	Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão; Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor	445470	GL	8	233,84	1.870,72

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 44




Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
190	de corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros. Água oxigenada 10 vol. 100 ml	277319	UNID	5	2,94	14,70
191	Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06.	269941	UNID	300	1,98	594,00
192	Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml.	269941	UNID	50	7,10	355,00
193	Álcool Gel 70% Antisséptico; com válvula pump 420gr Composição: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl propanol, Alcool, Menthol e Aqua, Organolépticas: Gel translúcido, e odor característico de álcool, Elimina 99,9% dos virus e bactérias.	269943	UNID	10	10,94	109,40
194	Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antissepsia da pele no pré-operatório.	444051	UNID	15	6,00	90,00
195	Benzina Retificada líquida; 100%; uso tópico; 1 litro.	380630	UNID	2	58,28	116,56
196	Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top)	438827	GL	6	38,21	229,26

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
197	Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades;	337958	UNID	4	119,05	476,20
198	Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipotalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade.	438929	UNID	10	8,09	80,90
199	Sabonete Antisséptico Líquido. Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degreagem das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros.	388261	GL	5	74,97	374,85
200	Vaselina líquida; 100ml	356040	UNID	3	7,13	21,39
201	Limpador Desinfetante, Pronto- uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição: Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo.	437412	UNID	50	34,15	1.707,50
202	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear vírgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades.	615869	PCT	20	26,91	538,20
203	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear vírgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de	412494	PCT	15	35,30	529,50

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.mercedes.pr.gov.br/portal/contato



PÁG. 1017 ASS.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

www.mercedes.pr.gov.br


EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
204	fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	320700	PCT	20	61,47	1.229,40
205	Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Frasco de 100 ml.	471162	FRASC	30	113,38	3.401,40
206	Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada. Frasco com 350 ml.	471162	FRASC	25	118,09	2.952,25
207	Hidrogel Amorfo Solosite Gel Smith+Nephew é um agente de 'tumeação' de água, que permite que o gel permaneça em sua forma mesmo saturado e absorva exsudatos. Frasco de 85 grm	406770	FRASC	30	30,70	921,00
208	Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM)/Imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus. Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma.» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso.	353742	CX	4	290,44	1.161,76
209	Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25	435854	CX	15	268,66	4.029,90

Página 47

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065


ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
210	testes Imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete	30113	CX	10	371,94	3.719,40
211	Balança de Bioimpedância - Medição dupla - 8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétrica por todo o corpo - 4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membros inferiores e 4 na barra de mãos, que medem dos membros superiores - Balança de Bioimpedância com Visor colorido com todos os dados de medição - Bluetooth e APP compatíveis com sistemas Android e iOS - Registro de altura - Percentual de água - Taxa muscular esquelética - Frequência cardíaca - Relatório de bioimpedância completo, podendo ser compartilhado - Carregamento via USB Tipo-C - Fio retrátil de aproximadamente 1,4m - Vidro temperado de alta resistência - Memória sem limite de cadastros - Limite de peso de 6 a 180kg, com graduação de 100g	305065	UNID	1	330,77	330,77
212	Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de	432913	UNID	2	216,84	433,68

Página 48

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br


EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
213	incubação: 60 °C.Potência: 10 Wats. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático.Frequência: 50/60 Hz.Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior.categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento	447186	UNID	8	71,61	572,88
214	Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli	314640	UNID	8	30,36	242,88
215	Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal	462994	UNID	5	255,69	1.278,45
216	Cola Cirúrgica para Regeneração Tecidual e Cirurgia Plástica - caixa com 10 unidades de 1 ml	437889	CX	5	1.626,67	8.133,35
217	Peg - Kit de Gastrostomia n°24, Silicône grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024.	463620	KIT	2	1.346,95	2.693,90
218	Sonda de gastrostomia n° 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB	463620	UNID	6	197,50	1.185,00
219	Sonda de gastrostomia n° 22 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único	463619	UNID	3	164,22	492,66

Página 49

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO Nº: 4065

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
220	balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB	451229	PLAC	100	176,37	17.637,00
221	Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirúrgica microporosa. 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipovalérgico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício	451229	PLAC	100	185,56	18.556,00
222	Ponto semente para auriculoterapia com micro pore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.	370625	PLAC	500	20,56	10.280,00
223	Ponto semente para auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.	370625	PLAC	500	20,56	10.280,00
224	Ponto Prata para auriculoterapia com micro pore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata.	370628	PLAC	500	20,56	10.280,00
225	Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid.	378432	CX	100	25,02	2.502,00
226	Agulhas individuais para auriculoterapia	388739	CX	100	21,21	2.121,00


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
www.mercedes.pr.gov.br



Página 50

1019

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 11:21:03 NO-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://sistemas.mercedes.pr.gov.br/1951a66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

EDIÇÃO Nº. 4065

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO


Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
227	0,18 x 8 caixa com 100 unid Lona de Transferência - Utilizada no manuseio de pacientes com dificuldades de locomoção. Produzida com materiais de primeira qualidade, altamente resistente, a lona possui tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, é capaz de suportar de 180 a 200 Kg.E feita de nylon azul e pode ser lavada e dobrada.Informações Adicionais: Cor: Marinho, Produzida em nylon, Tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais. Altura 1 cm / Largura 180 cm/ Profundidade 70 cm. - peso:0,720 kg	485942	UNID	20	147,60	2.952,00
228	Corda NR18 Tipo Bombeiro 12mm 50 Metros	336021	UNID	5	207,13	1.035,65
229	Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno.	437892	UNID	8	152,77	1.222,16
230	Curativo Hidrocolóide Extra Fino 10x10cm, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide, poli-isobutileno, conservantes e uma camaa externa de filme de poliuretano	484808	UNID	30	24,85	745,50
231	Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas;Impede a proliferação de bactérias e fungos;	341173	UNID	30	24,02	720,60
232	Pinça Anatómica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade;	467745	UNID	20	17,39	347,80
233	Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável.	468001	UNID	10	24,45	244,50
234	Teniacâmara 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente.	337532	UNID	5	20,12	100,60
235	pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável	474438	UNID	5	357,49	1.787,45
236	Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente	473659	UNID	10	36,97	369,70

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://p.m.com.br/ea59a7351a68



Página 51

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

EDIÇÃO Nº. 4065

ANO: XIII
www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
237	transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA.	362097	UNID	10	38,34	383,40
238	Lanterna Para Cabeça Recarregável 150 Lumens Cor da lanterna: Preto e verde, Cor da luz: Branco Frio, Tipo de fonte de alimentação: bateria, Tipo de luz: led, Número de modos de mudança de luz: 3, Potência: 150lm, É recarregável; É à prova d'água.	607427	UNID	6	185,14	1.110,84
239	Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril	444609	UNID	20	5,64	112,80
240	Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, atance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos.	436498	UNID	30	242,47	7.274,10

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://p.m.com.br/ea59a7351a68



Página 52

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MERCEDES

27 de março de 2025

ANO: XIII

EDIÇÃO Nº: 4065

www.mercedes.pr.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Item	Descrição/Especificação	Catmat	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
241	Concentrador estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio a 5l/min, baixo consumo de energia, alarme e suporte universal de umidificador. Com sistema de rodízios. Voltagem: 127V/60Hz.	415947	UNID	3	8.005,67	24.017,01
242	Fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas	616733	UNID	40	9,12	364,80

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal; <https://www.gov.br/compras/pt-br>

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min do dia 15/04/2025.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Demais informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, situada à Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento ao público: 07:30 às 11:30h e 13:00h às 17:00h. Telefone: (45)3256-8000, e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br.

Mercedes – PR, 27 de março de 2025.

Laerton Weber
Prefeito

DECISÃO IMPUGNAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 28/2025

DECISÃO

Pregão n.º 28/2025

Decisão de Impugnação de Edital


Impugnante: Multi Quadros e vidros Ltda., CNPJ: 03.961.467/0001-96.

- I. Trata-se de impugnação ao edital do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, n.º 28/2025, que tem por objeto a aquisição de artigos de papelaria e materiais de escritório para o uso da administração geral do Município de Mercedes – PR.
- II. Alega a impugnante, em síntese que: A) O preço referente ao item que compõe o lote nº 23 (leia-se quadro branco) está muito baixo do praticado no mercado (inexequível). B). Alega ainda que o preço estimado no edital não se quer cobre os custos de produção, frete e impostos.
- III. A impugnação é tempestiva, eis que foi recepcionada em 27/03/2025 (via e-mail), e estando a 1ª sessão pública para recebimento de propostas técnicas e de preço designada somente para 02/04/2025. Reconheço, ainda, que



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br

Página 53



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 27/03/2025 ÀS 16:21:03-00:03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://icp.mpt.com.br/ass55a47951a66>



